

## Inndragelse av EpiPen og EpiPen Jr, adrenalin autoinjektor, fra apotekenes lager

Gjeldende:

Vnr: 43 48 29 EpiPen 0,3 mg injeksjonsveske, løsning

Vnr: 43 48 37 EpiPen Jr 0,15 mg injeksjonsveske, løsning

Aktuelle batcher:

EpiPen 0,3 mg

Lot (Batch Number)	Utløpsdato:
0000122880	11-2010
0000123664	12-2010
0000124782	01-2011
0000125982	02-2011

EpiPen Jr 0,15 mg

Lot (Batch Number)	Utløpsdato:
0000125979	02-2011

### Vennligst observer:

Ovenstående batchnummer er de samme som de siste 10 tallene i batchnummer-serien på forpakningen / emballasjen.

Retur av ovenstående batcher skal sendes innen 1 uke til grossist.

Returnerte produkter fra apotekenes lager erstattes av ALK med nytt produkt.

### Bakgrunnen til inndragning fra apotekenes lager

ALK-Abelló ble oppmerksomme på at den godkjente etiketten fra 2007 kan misstolkes ettersom pilen på dette bilde *IKKE* peker mot autoinjektorens svarte nålende. Firmaet endret derfor etiketten i samråd med Statens legemiddelverk i 2009.

Siste utløpsdato for EpiPen med den gamle etiketten er 28. Februar 2011.

Informasjon til pasienter finnes på Legemiddelverkets hjemmeside [www.legemiddelverket.no](http://www.legemiddelverket.no)  
Inndragelse av produktene berører ikke pasientene.

Se bakside 1(2)

Bilder av den gamle og den nye etiketten:

Bilde av EpiPen godkjent 2007. Retningen på pilen peker **ikke** mot den svarte nålenden.



Bilde av EpiPen godkjent 2009.



### Viktig

Informér EpiPen-brukere om viktigheten av å regelmessig lese bruksanvisningen i forpakningen og forsikre deg om at pasienten vet hvordan pennen skal anvendes.

Kontaktperson ALK: Lena Pedersen +46 300 511 98